



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-02-02-231391

Лабораторные весы

наименование средства измерений (эталона)
Тип, обозначение: **AS 220.R2** заводской № **512117**

Max 220 г; Min 0,01 г; d 0,1 мг
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **фирма Radwag, Польша**

Дата изготовления: **2016 г.в**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

ГОСТ 8.520-2005 Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Набор гирь E2;**

Прибор комбинированный Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **$\pm 0,5$ мг**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **$\pm 0,18$ мг**

Дата поверки " **15** " **Декабря** **2023** г. Действителен до " **15** " **Декабря** **2024** г.

Отдела (лаборатории)



3940336
RK 23

Поверитель

подпись

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 3940336

ДКП: ВА.РК



Копия сертификата