



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-02-02-231383

Весы лабораторные равноплечие 2 класса
(наименование средства измерений (эталоны))

Тип, обозначение: **ВЛР-200 г-М** заводской № **N.Б113**

от 0 до 200 г

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ГУП Санкт-Петербургский завод Госметр, г. Санкт-Петербург, Россия**

Дата изготовления: **2002 г.в**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

ГОСТ 8.520-2005 Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Набор гирь E2;**

Комплект поверки гирь и весов переносной КПГВП; Testo 645; БАММ-1; AT261 DeltaRange

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **высокому**, разряду - **1**,

с учетом неопределенности измерений **0,0049 г**

Дата поверки " **15** " **Декабря** **2023** г. Действителен до " **15** " **Декабря** **2024** г.

РК тдела (лаборатории)



СЛ : 3940328

ДКП: ВА.РК



Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

КРУПНЫЙ ПЕЧАТ