



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230018

Иономер

Тип, обозначение: pX-150MI наименование средства измерений (эталона) заводской № Б0203

от минус 1 до плюс 20 рХ; от минус 2000 до 2000 мВ

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия

Дата изготовления: 2023

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: Имитатор электродной системы И-02;

Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено

к применению по классу $\pm 0,02$ рХ; $\pm 0,04$ рХ; ± 3 мВ, разряду -

с учетом неопределенности измерений $\pm 0,01$ рХ; $\pm 0,015$ рХ; $\pm 1,2$ мВ

Дата поверки " 12 "Мая" 2023 г. Действителен до " 12 "Мая" 2024 г.



Водитель отдела (лаборатории)

гиск

серийного

ийма

Поверитель

СЛ : 2106798

ДКП: AV.RK



Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия