



KZ.P.01.2377  
VERIFICATION  
LABORATORY

ТОО "Аршин"  
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)  
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.  
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № РК-09-08-230024

Иономер

наименование средства измерений (эталоны)

Тип, обозначение: pX-150MI заводской № Б0209

от минус 1 до плюс 20 pX; от минус 2000 до 2000 мВ

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия

Дата изготовления: 2023

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: Имитатор электродной системы И-02; Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу ±0,02 pX; ±0,04 pX; ±3 мВ, разряду -

с учетом неопределенности измерений ±0,01 pX; ±0,015 pX; ±1,2 мВ

Дата поверки " 12 " Мая 2023 г. Действителен до " 12 " Мая 2024 г.



Подпись руководителя отдела (лаборатории)

Подпись ответственного

Подпись

СЛ : 2106804

ДКП: AV.RK

Поверитель



Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия