



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230028

Иономер

Тип, обозначение: **pX-150MI** заводской № **Б0213**

от минус 1 до плюс 20 рХ; от минус 2000 до 2000 мВ

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы И-02;**

Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено

к применению по классу **±0,02 рХ; ±0,04 рХ; ±3 мВ**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **±0,01 рХ; ±0,015 рХ; ±1,2 мВ**

а поверки " **12 "Мая 2023 г.** Действителен до " **12 "Мая 2024 г.**

руководитель отдела (лаборатории)

тиск

верительного

ейма

Поверитель



Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 2106808

ДКП: AV.RK



techreg.pskdan.kz
2106808
RK 23