



**KZ.P.01.2377**  
VERIFICATION  
LABORATORY

ТОО "Аршин"  
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)  
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.  
(номер аттестата аккредитации)

**СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230032**

**Иономер**

Тип, обозначение: **pX-150MI** (наименование средства измерений (эталоны)) заводской № **Б0217**

**от минус 1 до плюс 20 рХ; от минус 2000 до 2000 мВ**

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

**KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»**

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы И-02; Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1**

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **±0,02 рХ; ±0,04 рХ; ±3 мВ**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **±0,01 рХ; ±0,015 рХ; ±1,2 мВ**

Дата поверки " **12** "Мая **2023** г. Действителен до " **12** "Мая **2024** г.



Подпись руководителя отдела (лаборатории)

Инициалы

Подпись поверителя

Инициалы

Поверитель



**Елжасова Ж.К.**

инициалы, фамилия

**Бурабаев Т.Б.**

инициалы, фамилия

СЛ : 2106812

ДКП: AV.RK