



KZ.P.01.2377  
VERIFICATION  
LABORATORY

ТОО "Аршин"  
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)  
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.  
(номер аттестата аккредитации)

**СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230034**

**Иономер**

Тип, обозначение: **pX-150MI** заводской № **Б0219**  
(наименование средства измерений (эталоны))

**от минус 1 до плюс 20 рХ; от минус 2000 до 2000 мВ**

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

**KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»**

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электрической системы И-02; Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1**

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано **годным** и допущено к применению по классу  **$\pm 0,02$  рХ;  $\pm 0,04$  рХ;  $\pm 3$  мВ**, разряду -

с учетом неопределенности измерений  **$\pm 0,01$  рХ;  $\pm 0,015$  рХ;  $\pm 1,2$  мВ**

Дата поверки " **12** " **Мая** **2023** г. Действителен до " **12** " **Мая** **2024** г.

Подпись руководителя отдела (лаборатории)

Инициалы

Инициалы поверителя

Инициалы

Поверитель

подпись

подпись

**Елжасова Ж.К.**

инициалы, фамилия

**Бурабаев Т.Б.**

инициалы, фамилия



СЛ : 2106814

ДКП: AV.RK

