



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230039

Иономер

наименование средства измерений (эталона) _____
Тип, обозначение: **pX-150MI** заводской № **Б0224**

от минус 1 до плюс 20 рХ; от минус 2000 до 2000 мВ
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: _____ (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы И-02; Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **±0,02 рХ; ±0,04 рХ; ±3 мВ**, разряду - _____

с учетом неопределенности измерений **±0,01 рХ; ±0,015 рХ; ±1,2 мВ**

Дата поверки " **12** "Мая" **2023** г. Действителен до " **12** "Мая" **2024** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____

Полное наименование и адрес _____

Поверитель _____

СЛ : 2106819

ДКП: AV.RK



techres.spokidat.kz
2106819
RK 23



Елжасова Ж.К.
инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.
инициалы, фамилия