



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № РК-09-08-230013

Иономер _____
наименование средства измерений (эталоны) _____ заводской № Б0198
Тип, обозначение: pX-150МИ
от минус 1 до плюс 20 рХ; от минус 2000 до 2000 мВ
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: ООО "Измерительная техника", г. Москва, Россия

Дата изготовления: 2023

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Поверка проведена в соответствии: _____
(наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 разделы «Методика поверки» в Формулярах ГРБА.414318.001ФО, ГРБА.414318.002ФО, ГРБА.414318.002-01ФО, ГРБА.414318.002-02ФО»
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: Имитатор электродной системы И-02;

Буферный раствор 2-го разряда; ГСО состава водных растворов; Testo 645; БАММ-1
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу ±0,02 рХ; ±0,04 рХ; ±3 мВ, разряду - _____

с учетом неопределенности измерений ±0,01 рХ; ±0,015 рХ; ±1,2 мВ

Дата поверки " 12 " Мая 2023 г. Действителен до " 12 " Мая 2024 г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____

Печать

Верительного
Займа

Поверитель _____

подпись

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 2106793

ДКП: AV.RK



2106793
РК 23

