



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230217

pH-метр

(наименование средства измерений (эталоны))

Тип, обозначение: **pH-150МИ** заводской № **Б3765**

от минус 1,00 до плюс 14,00 ед. pH; от минус 2000 до 2000 мВ

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО Измерительная техника, г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы**

И-02; Буферный раствор 2-го разряда; Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **±0,05 pH; ±3 мВ**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **±0,015 pH; ±1,2 мВ**



поверки " **02 "Октября** **2023** г. Действителен до " **02 "Октября** **2024** г.

руководитель отдела (лаборатории)

иск

зрительного

йма

Поверитель

подпись

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СП : 2825125

ДКП: KZ-KCM.RK



Копия недействительна