



KZ.P.01.2377  
VERIFICATION  
LABORATORY

ТОО "Аршин"  
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)  
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.  
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № РК-09-08-230218

рН-метр

наименование средства измерений (эталоны)

Тип, обозначение: рН-150МИ заводской № Б3766

от минус 1,00 до плюс 14,00 ед. рН; от минус 2000 до 2000 мВ

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: ООО Измерительная техника, г. Москва, Россия

Дата изготовления: 2023

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: Имитатор электродной системы

И-02; Буферный раствор 2-го разряда; Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено

к применению по классу ±0,05 рН; ±3 мВ, разряду -

с учетом неопределенности измерений ±0,015 рН; ±1,2 мВ

Поверка " 02 "Октября 2023 г. Действителен до " 02 "Октября 2024 г.

Администратор (лаборатории)

ск

Администратор

ла

Поверитель

подпись

подпись

Елжасова Ж.К.


инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 2825126

ДКП: KZ-KCM.RK



Копия недействительна