



**KZ.P.01.2377**  
VERIFICATION  
LABORATORY

ТОО "Аршин"  
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)  
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.  
(номер аттестата аккредитации)

**СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230220**

**pH-метр**

(наименование средства измерений (эталоны))

Тип, обозначение: **pH-150MI** заводской № **Б3770**

**от минус 1,00 до плюс 14,00 ед. pH; от минус 2000 до 2000 мВ**

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО Измерительная техника, г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

**KZ.04.02.04700-2010 Методика поверки**

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы**

**И-02; Буферный раствор 2-го разряда; Testo 645; БАММ-1**

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **±0,05 pH; ±3 мВ**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **±0,015 pH; ±1,2 мВ**



поверки " **02 "Октября** **2023** г. Действителен до " **02 "Октября** **2024** г.

руководитель отдела (лаборатории)

Иск

Экспертного

Има

Поверитель

подпись

подпись

**Елжасова Ж.К.**

инициалы, фамилия

**Бурабаев Т.Б.**

инициалы, фамилия

СЛ : 2825128

ДКП: KZ-KCM.RK



Копия сертификата