



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ООО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230212

pH-метр

Тип, обозначение: **pH-150МИ** наименование средства измерений (эталоны) заводской № **Б3760**
от минус 1,00 до плюс 14,00 ед. pH; от минус 2000 до 2000 мВ
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО Измерительная техника, г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 Методика поверки
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы**

И-02; Буферный раствор 2-го разряда; Testo 645; БАММ-1
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **$\pm 0,05$ pH; ± 3 мВ**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **$\pm 0,015$ pH; $\pm 1,2$ мВ**

поверки " **02 "Октября** **2023** г. Действителен до " **02 "Октября** **2024** г.

Исполнитель отдела (лаборатории) _____

Иск _____ подпись

Исполнительного _____ подпись

Исполнителя _____ подпись

Елжасова Ж.К.
инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.
инициалы, фамилия

СЛ : 2825120

ДКП: KZ-KCM.RK



НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН