



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ООО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-09-08-230214

рН-метр

наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **рН-150МИ**

заводской № **Б3762**

от минус 1,00 до плюс 14,00 ед. рН; от минус 2000 до 2000 мВ

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО Измерительная техника, г. Москва, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04700-2010 Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Имитатор электродной системы**

И-02; Буферный раствор 2-го разряда; Testo 645; БАММ-1

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено

к применению по классу **$\pm 0,05$ рН; ± 3 мВ**

, разряду - _____

с учетом неопределенности измерений

$\pm 0,015$ рН; $\pm 1,2$ мВ

Поверка " **02** " **Октября** **2023** г.

Действителен до

" **02** " **Октября**

2024 г.

Подпись руководителя отдела (лаборатории)

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Подпись поверителя

Поверитель

подпись

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 2825122

ДКП: KZ-KCM.RK



ВАРИАНТ СЕРТИФИКАТА