



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № РК-02-08-230093

Весы лабораторные

Тип, обозначение: ВК-150.1 заводской № 066490

Min 0,1 г; Max 150 г; d=0,005 г
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: АО МАССА-К, г. Санкт-Петербург, Россия

Дата изготовления: 2023

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.05.01.02316/1-2023 «Весы лабораторные ВК. Руководство по эксплуатации», раздел 16; ГОСТ Р 53228-2008

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: Набор гирь E2;

БАММ-1; Прибор комбинированный Testo 645

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу высокому(II), разряду -

с учетом неопределенности измерений ±0,0022 г

Поверка " 15 "Декабря 2023 г. Действителен до " 15 "Декабря 2024 г.

Исполнитель отдела (лаборатории)

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Исполнитель поверки

Поверитель

подпись

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 2825189

ДКП: ВА.РК

