



KZ.P.01.2377
 VERIFICATION
 LABORATORY

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-02-08-230096

Весы лабораторные

наименование средства измерений (эталона) _____
 Тип, обозначение: **ВК-150.1** заводской № **064046**

Min 0,1 г; Max 150 г; d=0,005 г

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **АО МАССА-К, г. Санкт-Петербург, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: _____ (наименование и адрес)

KZ.05.01.02316/1-2023 «Весы лабораторные ВК. Руководство по эксплуатации», раздел 16; ГОСТ Р 53228-2008

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Набор гирь E2;**

БАММ-1; Прибор комбинированный Testo 645

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **высокому(II)**, разряду - _____,

с учетом неопределенности измерений **±0,0022 г**

Поверки " **15 "Декабря 2023** г. Действителен до " **15 "Декабря 2024** г.

Подпись руководителя отдела (лаборатории) _____

Инициалы

Подпись поверителя _____

Инициалы

СЛ : 2825192

ДКП: ВА.РК



Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия