



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-02-08-230097

Весы лабораторные

Тип, обозначение: **ВК-150.1**

наименование средства измерений (эталона)

заводской № **066492**

Min 0,1 г; Max 150 г; d=0,005 г

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **АО МАССА-К, г. Санкт-Петербург, Россия**

Дата изготовления: **2023**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.05.01.02316/1-2023 «Весы лабораторные ВК. Руководство по эксплуатации», раздел 16; ГОСТ Р 53228-2008

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Набор гирь E2;**

БАММ-1; Прибор комбинированный Testo 645

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **высокому(II)**, разряду -

с учетом неопределенности измерений

±0,0022 г

Поверки " **15 "Декабря** 2023 г. Действителен до " **15 "Декабря** 2024 г.

Задатель отдела (лаборатории)

ск

Идентификационный номер

ма

СЛ : 2825193

ДКП: ВА.РК

подпись

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия



ВАЖНО!