



KZ.P.01.0833
VERIFICATION
LABORATORY



Астанинский филиал АО "НаЦЭКС"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

№ KZ.P.01.0833

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ № BC-03-2308888

о поверке:

Измеритель прочности бетона

наименование средства измерений

Тип:

ИПС - МГ4.03

заводской номер

4704

3 - 100 МПа

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: ООО "СКБ Стройприбор", Россия

Дата изготовления: 2007 г.

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева", г. Астана, район Алматы, ул. Кажымукана, 11

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии:

KZ.04.02.09740-2015 Измерители прочности бетона ИПС -МГ 4. Методика поверки
КБСП.427120.049 МП

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием эталонов единиц величин:

Меры эквивалентные прочности бетона

МЭПБ - МГ4 №48

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению в качестве
- по классу рабочий СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): 029,ТЛ,ВА

Дата поверки " 13 "Декабря 2023 г. Действителен до " 13 "Декабря 2024 г.

Руководитель отдела (лаборатории)

Оттиск

поверительного
клейма

Поверитель

Шегай А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Бектуров Е.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

СЛ : 3734843



016566