



KZ.P.01.0833
VERIFICATION
LABORATORY



Астанинский филиал АО "НаЦЭКС"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

№ KZ.P.01.0833

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ № BC-02-2313427

о поверке:

Весы электронные лабораторные

наименование средства измерений

Тип: AY 120

заводской номер D 439600258

НПВ = 120 г, d = 0,1 мг

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: Фирма "SHIMADZU", Япония

Дата изготовления: --

Пользователь: НАО "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева", г. Астана, ул. К.Сатпаева, 2

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии:

KZ 04.02.01717-2006 Весы электронные лабораторные AY, AX, AW производства фирмы "SHIMADZU", Япония, Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием эталонов единиц величин:

Набор эталонных гирь ГО-1-1110 №44

набор эталонных гирь МГО-2-1110-1 №98

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению в качестве

- по классу Специальный

Динамический код прослеживаемости (ДКП): ТЛ, ВС

Дата поверки " 01 " Декабря 2023 г. Действителен до " 01 " Декабря 2024 г.

Руководитель отдела (лаборатории)


Шегай А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

поверитель

Кабданов Е.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



016212