



**KZ.P.01.2377**  
VERIFICATION  
LABORATORY

ТОО "Аршин"  
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)  
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.  
(номер аттестата аккредитации)

**СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-02-08-230098**

**Весы лабораторные электронные**

(наименование средства измерений (эталоны))

Тип, обозначение: **Adventurer AV212** заводской № **B338808660**

**НПВ 210 г; НмПВ 0,2 г; d=0,01 г**

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Фирма Ohaus Mettler-Toledo Changzhou Scale Ltd, Китай**

Дата изготовления: **2003**

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

**KZ.04.02.00352/1-2003 Методика поверки**

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Набор гирь E2;**

**БАММ-1; Прибор комбинированный Testo 645**

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано **годным** и допущено к применению по классу **высокому**, разряду -

с учетом неопределенности измерений

**±4,2 мг**

поверки " **15** "Декабря **2023** г. Действителен до " **15** "Декабря **2024** г.

подпись руководителя отдела (лаборатории)

**Елжасова Ж.К.**

инициалы, фамилия

подпись

подпись

подпись ответственного

Поверитель

**Бурабаев Т.Б.**

инициалы, фамилия

подпись

подпись

СЛ : 2825203

ДКП: BA.RK



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ШКАЛЫ И МАССЫ ЖАУПҚА СЫН АУДАРЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ АҚ" (АО "НЦШМ")