



KZ.P.01.2377
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Аршин"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.01.2377 от 22.09.2020 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № RK-02-02-231392

Весы лабораторные электронные

наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **Scout Pro SPU402** заводской № **7126141929**

НПВ 400 г; НмПВ 0,2 г

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Фирма "Ohaus Mettler-Toledo Changzhou Scale Ltd"**

Дата изготовления: -

Пользователь: **НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ.04.02.04009-2009 Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Набор гирь E2**

Комплект поверки гирь и весов переносной КПГВП; Testo 645; БАММ-1; AT261 DeltaRange

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено

к применению по классу **$\pm 0,03$ г**, разряду -

с учетом неопределенности измерений **$\pm 0,01$ г**

Дата поверки: **15 "Декабря" 2023 г.** Действителен до **15 "Декабря" 2024 г.**



отдела (лаборатории)

Поверитель

подпись

подпись

Елжасова Ж.К.

инициалы, фамилия

Бурабаев Т.Б.

инициалы, фамилия

СЛ : 3940337

ДКП: ВА.РК



КРАСНОКАМНСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ